


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор по качеству
ООО «Самарские коммунальные системы»
 О.А. Егорова
«___» _____ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на лабораторные весы Adam HCB-602H или аналог

Назначение: предназначены для взвешивания реактивов

№ п/п	Название	Размерность	Технические характеристики
1	Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011		II (высокий)
2	Максимальная нагрузка весов	г	600
3	Минимальная нагрузка весов	г	0,5
4	Дискретность	г	0,01
5	Поверочное деление (e),	г	0,1
6	Гиря для калибровки весов		встроенная
7	Дисплей		жидкокристаллический
8	Номер в Госреестре Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений		наличие
КОМПЛЕКТНОСТЬ			
1	Весы	шт	1
2	Адаптер сетевого питания	шт	1
3	Руководство по эксплуатации		наличие (на русском языке)
4	Паспорт		наличие
5	Первичная поверка		наличие

Срок гарантии — не менее 12 месяцев.

Начальник ИЦКВ



О.И. Нездомунова