Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Оборудование лабораторное
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ИБ002289

Наименование МТР: пробоотборник для процессов водоочистки CSF48-GR22B2H1+AIP1 или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**		
1.1	Исполнение прибора		Стационарный
1.2	Тип корпуса		Двухдверный корпус из ASA-PC пластика
1.3	Количество емкостей для отбора проб	шт.	24
1.4	Объем емкостей для отбора проб	литр	1
1.5	Тип объекта измерения (место забор пробы)		Открытый канал/резервуар
1.6	Диапазон температуры рабочей среды	°C	От +10 до +30
1.7	Система пробоотбора		Перистальтический насос. Высота всасывания 8 м (макс.)
1.8	Линия забора проб		Армированный шланг. ПВХ, 10 м
1.9	Температурный контроль проб		Наличие охлаждения
1.10	Сигнальное реле		Наличие
1.11	Аварийный индикатор		Наличие
1.12	Аналоговый вход	шт.	2
1.13	Цифровой канал входа/выхода	шт.	2
1.14	Тип дисплея		Кнопочный
1.15	Язык управления		Русский
1.16	EAC маркировка		Наличие
2	**ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА**		
2.1	Пусконаладочные работы		Установка и монтаж оборудования, проверка электроподключения, настройка приборов, инструктаж персонала
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	не менее, лет	1
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	

ФИО Ответственного:	
Должность:	
Телефон / Факс:	
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	