

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | Оборудование лабораторное |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ002289 |

Наименование МТР: пробоотборник для процессов водоочистки CSF48-GR22B2H1+AIP1 или аналог

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|---------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Исполнение прибора | | Стационарный |
| 1.2 | Тип корпуса | | Двухдверный корпус из ASA-PC пластика |
| 1.3 | Количество емкостей для отбора проб | шт. | 24 |
| 1.4 | Объем емкостей для отбора проб | литр | 1 |
| 1.5 | Тип объекта измерения (место забор пробы) | | Открытый канал/резервуар |
| 1.6 | Диапазон температуры рабочей среды | °C | От +10 до +30 |
| 1.7 | Система пробоотбора | | Перистальтический насос. Высота всасывания 8 м (макс.) |
| 1.8 | Линия забора проб | | Армированный шланг. ПВХ, 10 м |
| 1.9 | Температурный контроль проб | | Наличие охлаждения |
| 1.10 | Сигнальное реле | | Наличие |
| 1.11 | Аварийный индикатор | | Наличие |
| 1.12 | Аналоговый вход | шт. | 2 |
| 1.13 | Цифровой канал входа/выхода | шт. | 2 |
| 1.14 | Тип дисплея | | Кнопочный |
| 1.15 | Язык дисплея управления | | Английский |
| 1.16 | Инструкция по эксплуатации | | На русском языке |
| 1.17 | ЕАС маркировка | | Наличие |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Пусконаладочные работы | | Установка и монтаж оборудования, проверка электроподключения, настройка приборов, инструктаж персонала |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |
| 2.3 | Техническое обслуживание | | Не требует технического обслуживания на весь срок службы. |
| 2.4 | Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию | не менее, лет | 1 |
| 2.5 | Срок службы до списания | не менее, лет | |

ФИО Ответственного:

Должность:

Телефон / Факс:

Электронный адрес:

Подпись:

Директор технического
департамента:

Подпись: