

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | ИБ |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИА000313 |

Наименование МТР: ГСО Стронций 1мг/см³

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|--------------------|---|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Массовая концентрация ионов стронция | мг/см ³ | 1 |
| 1.2 | Объем ампулы | см ³ | не менее 5 |
| 1.3 | Требования к паспорту | | Паспорт стандартного образца утвержденного типа с утверждением о метрологической прослеживаемости |
| 1.4 | Срок годности на момент поставки | | не менее 2/3 от срока годности, установленного производителем |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО | |
| Ответственного | |
| Должность: | |
| Телефон/Факс: | |
| Электронный адрес: | |
| Подпись: | |
| Начальник подразделения: | |
| Подпись: | |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |