



ООО «Самарские коммунальные системы»  
ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056  
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05  
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru  
ИНН 6312110828, КПП 631601001

Утверждаю  
Технический директор  
Д.С. Ракицкий  
« » 2019г

### Технические требования к поставке манометров, вакуумметров

Указанные технические требования распространяются на все механические манометры, вакуумметры, поставляемые для нужд ООО «Самарские коммунальные системы».

1. Требования к конструкции приборов.
  - Конструкция прибора должна быть разборной и позволять производить регулировку и настройку показаний прибора;
  - Каждый поставляемый прибор должен иметь на корпусе/циферблате уникальный номер завода-изготовителя;
  - В комплект прибора должен входить указатель предельного давления;
  - Прибор должен быть опломбирован пломбой завода-изготовителя.
2. Требования к технической документации.  
В комплект поставки каждого прибора должна входить следующая техническая документация:
  - Технический паспорт завода-изготовителя на каждый поставляемый прибор;
  - Руководство/инструкция по эксплуатации (может прилагаться в 1 экземпляре на партию поставляемых приборов до 50 штук).
  - Свидетельство об утверждении типа средства измерения (может прилагаться в 1 экземпляре на партию поставляемых приборов до 50 штук).
3. Метрологические требования.
  - Все поставляемые приборы должны быть включены в Государственный реестр средств измерений, что должно быть подтверждено наличием действующего Свидетельства об утверждении типа средства измерения;
  - Все поставляемые приборы должны быть метрологически поверены на заводе – изготовителе, иметь соответствующее клеймо поверителя на корпусе прибора и отметку в паспорте на прибор, либо свидетельство о поверке;
  - Межповерочный интервал поставляемых приборов – не менее 2-х лет (должен подтверждаться в Свидетельстве об утверждении типа средства измерения).
4. Дополнительные требования.
  - Срок службы прибора – не менее 10 лет (должен быть указан в паспорте на прибор);
  - Гарантийный срок завода изготовителя – не менее 3-х лет (должен быть указан в паспорте на прибор).

Главный метролог

И.Е. Яковлев