

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ИБ001131

Наименование МТР: РН метр милливольтметр pH-150МА

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Диапазон измерения pH	ед. pH	1...14
1.2	разрешение измерения pH	ед. pH	0.01
1.3	Диапазон измерения mV	mV	-1999...1999
1.4	разрешение измерения mV	mV	1
1.5	Диапазон измерения температуры	°C	10...100
1.6	разрешение измерения температуры	°C	1
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Номер по Госреестру		наличие
2.2	Проверка		включена
2.3	Комплектность		Преобразователь pH-150МА, Блок питания, Штатив универсальный, Датчик температуры ТК-06, Электрод ЭСКЛ-08М.1, Комплект принадлежностей, Формуляр, Руководство по эксплуатации

ФИО Ответственного:	Макиенко Ирина Александровна
Должность:	Инженер-химик
Телефон:	242-44-18
Электронный адрес:	iMakienko@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	Нездойминога Ольга Ивановна
Подпись:	