


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	СВ000801

Наименование МТР: Моновакууметр

Функциональные параметры	Размерность	Требования заказчика
Модель	- WIKA, либо аналог	111.12 стандартное исполнение
Номинальный размер	мм	063
Единица шкалы	бар	-
Диапазон измерений	-	Вакууметрическое или мановакууметрическое давление
Диапазон шкалы	бар	-1...+4
Присоединение к процессу	-	G ¼ В
Положение присоединения	-	Осевое присоединение по центру
Корпус	-	Чёрная сталь
Крепежный фланец/скоба	-	Узкое панельное кольцо, черная сталь, вальцованное, со скобой для монтажа
Стекло	-	Пластик, прозрачный
Класс точности	-	Класс 1.6
Стрелка	-	Пластик, черный
Циферблат	-	Пластик, белый, без упора на стрелки Серийный номер на циферблате: серийный номер *...* Описание циферблата: Стандарт: международный (европейский стандарт) Цвет 1-й шкалы (наруж.): чёрный Фон циферблата: белый ЕАС/ЕАС-Ех или отк. Логотип производителя: Серийный номер на циферблате: серийный номер*...* Обозначение нормы на циферблате: *EN 837-1* класс точности на циферблате: *Кл 1,6*
Одобрения и сертификаты	-	Страна: Россия

		Разрешение/сертификат: ЕАС (Импорт) + ГОСТ (Метрология) + Паспорт
<b>Комплектация</b>		
Паспорт	шт	наличие
Заводской оттиск о поверке		наличие

ФИО Ответственного	Горунова О.В.
Должность:	Инженер-химик ИЦКВ отделения НФС-3
Телефон/Факс:	207-25-67
Электронный адрес:	oGorunova@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения ИЦКВ	Нездойминога О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	