

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	СГ00023925

Наименование МТР: Манометр ДМЦ-01М 0...2000Па дифференциальный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		прибор для измерения давления, разрежения и разности давлений газов, а также для определения скорости и расхода газопылевых и воздушных потоков с помощью трубок напорных модификаций НИИОГАЗ и Пито
1.2	Диапазон измерения	Па	0....2000 (0....200 мм вод ст.)
1.3	Погрешность	Па	$\pm 1,5 \text{ Па} / \pm(1+0,005 R) \text{ Па}$
1.4	Цена деления шкалы	Па	0,1
1.5	Характеристика		Автоматический расчет скорости и объемного расхода газа в каждой точке измерения с выводом результатов на большой дисплей, снабженный подсветкой (параметры газохода, коэффициент напорной трубы и температура предварительно вводятся в память прибора), функция Автоматическое усреднение значений скорости и объемного расхода по всем измеренным точкам.
1.6	Комплектация		
1.6.1	Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М с обработкой данных	шт	наличие
1.6.2	Силиконовая трубка		наличие
1.6.3	Аккумуляторная батарея	шт	наличие
1.6.4	Зарядное устройство	шт	наличие
1.6.5	Руководство по эксплуатации	шт	Наличие (на русском языке)
1.6.6	свидетельство о первичной поверке	шт	наличие
1.6.7	свидетельство об утверждении типа средства измерений	шт	наличие
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминога О.И.
Подпись:	
Директор технического	