


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	СЯ00032119

Наименование МТР: Тахометр Testo 460

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Назначение		прибор предназначается для бесконтактного измерения скорости вращения, напр. работы вентиляторов и валов.
1.2	Диапазон измерения	Об/мин	100.....29999
1.3	Погрешность	Об/мин	±(0,02 % от изм. знач.)
1.4	Разрешение	Об/мин	0,1 об/мин. (100 ... 999,9 об/мин.) 1 об/мин. (1000 ... 29999 об/мин.)
1.5	Выборочные модули		об/мин об/с
1.6	Комплектация		
1.6.1	Тахометр	шт	наличие
1.6.2	Чехол	шт	наличие
1.6.3	Батарея AAA 2 шт	шт	наличие
1.6.4	Отражатели	шт	наличие
1.6.5	Крышка защитная	шт	наличие
1.6.6	Руководство по эксплуатации	шт	Наличие (на русском языке)
1.6.7	свидетельство о первичной поверке	шт	наличие
1.6.8	свидетельство об утверждении типа средства измерений	шт	наличие
2	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминога О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	