


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	СЯ00017979

Наименование МТР: Анемометр Testo 416 0,6...40м/с

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Назначение	мм	Измерение скорости движения газа
1.2	Тип измерителя		анемометр
1.3	Диапазон измерения скорости	м/с	0,6...40
1.3.1	Точность измерения скорости	м/с	$\pm(0,2 \text{ м/с} + 1,5 \% \text{ от изм. знач.})$
1.3.2	Разрешение измерения скорости	м/с	0,1
1.4	Длина зонда	мм	1890
1.4.1	Диаметр зонда	мм	16
1.4.2	Характеристика		автоматическое отключение, функция усреднения по времени и количеству замеров
1.5	Комплектация		
1.5.1	Анемометр	шт	наличие
	Батарея	шт	батарея 6F22 9В х1
1.5.2	Инструкция по эксплуатации	шт	Наличие (на русском языке)
1.5.3	паспорт завода-изготовителя	шт	наличие
1.5.4	свидетельство о первичной поверке	шт	наличие
1.5.6	свидетельство об утверждении типа средства измерений	шт	наличие
2	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминога О.И. 
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	