


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИГ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ИГ00014696

Наименование МТР: Кювета К50 ГОСТ 20903-75

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		Для спектрофотометрии
1.2	Материал		Кварцевое стекло
1.3	Длина оптического пути	мм	50
1.4	Размер	мм	12,5х45
1.5	Оптическая прозрачность		2 стенки
1.6	Диапазон длин волн	нм	от 220 до 1100
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		ГОСТ 20903-75
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного:	Шендяпина А.П.
Должность:	Инженер-химик
Телефон:	207-25-76
Электронный адрес:	aSHendyapina@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	