


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИГ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ИГ00040941

Наименование МТР: Кювета кварц КУ-1 ОП 10х10

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Назначение		Для спектрофотометрии и флуориметрии
1.2	Материал		Кварцевое стекло
1.3	Внутренний размер	мм	10х9,5х43
1.4	Длина оптического пути	мм	10х10
1.5	Размер	мм	12,5х12,5х45
1.6	Оптическая прозрачность		4 стенки
1.7	Диапазон измерений	нм	от 190 до 2500
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		ГОСТ 20903-75
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного:	Шендяпина А.П.
Должность:	Инженер-химик
Телефон:	207-25-76
Электронный адрес:	aSHendyapina@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	
Подпись:	