



| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|
| Заказчик: | ООО «Самарские коммунальные системы» | Группа материалов: | |
| № опросного листа: | № | Код МТР в ЕНС РКС: | ИБ00038401 |

Наименование МТР: Лампа спектральная ЛТ-6М с полым катодом Mn+

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|-------|--|-------------|--|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | |
| 1.1 | Наименование | | лампа с полым катодом ЛТ-6М на марганец |
| 1.2 | Назначение | | Предназначена для применения в качестве источника излучения узких и интенсивных спектральных линий марганца абсорбционного анализа |
| 1.3 | Комплектация | 1 шт | Лампа, паспорт |
| 1.4 | Габаритные размеры, не более | мм | |
| 1.4.1 | диаметр | | 45 |
| 1.4.2 | длина | | 170 |
| 1.5 | Цоколевка | | |
| 1.5.1 | анод | | 3 |
| 1.5.2 | катод | | 1;7 |
| 2 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА | | |
| 2.1 | Совместимость | | Подходит для атомно-абсорбционного спектрометра МГА-915 |
| 2.2 | Подтверждение требований опросного листа | | все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком) |

| | |
|-------------------------------------|---|
| ФИО Ответственного | Исаева Л.В. |
| Должность: | Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ |
| Телефон/Факс: | 207-24-23 |
| Электронный адрес: | lisaeva@samcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Начальник подразделения: | Нездойминова О.И. |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | |
| Подпись: | |