



Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ИГ00040941

Наименование МТР: Кювета кварц КУ-1 ОП 10х10

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Назначение		Предназначена для использования в анализаторах жидкости "Флюорат"
1.2	Длина оптического пути	мм	10х10
1.3	Габаритные размеры	мм	12,5 х 12,5 х 45
1.4	Материал стенок		Кварцевое стекло марки КУ-1
1.5	Особенности		Прозрачные стенки
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 20903-75
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминога О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	