


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ИБ
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	ИА00038710

Наименование МТР: ГСО Стронций 1мг/см³

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Массовая концентрация ионов стронция	мг/см ³	1
1.2	Объем ампулы	см ³	не менее 5
1.3	Требования к паспорту		Паспорт стандартного образца утвержденного типа с утверждением о метрологической прослеживаемости
1.4	Срок годности на момент поставки		не менее 2/3 от срока годности, установленного производителем
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)

ФИО Ответственного	Исаева Л.В.
Должность:	Начальник отд. НФС-2, ИЦКВ
Телефон/Факс:	207-24-23
Электронный адрес:	lisaeva@samcomsys.ru
Подпись:	
Начальник подразделения:	Нездойминого О.И.
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	